Руководитель (заместитель руководителя)
Федеральной службы по аккредитации

м.п.

подпись инициалы ЯКУТОВА М.А. фамилия

Приложение
к аттестату аккредитации
N RA.RU.311442

от "25" декабря 2015 г.

на 1 листе

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

Общество с ограниченной ответственностью «Электрощит-К°» (ООО «Электрощит-К°»)

наименование юридического лица или фамилия, имя и отчество(в случае, если имеется) индивидуального предпринимателя

249210, Калужская обл., Бабынинский р-н,пос. Бабынино, ул. Советская, д.24

адрес места осуществления деятельности

Поверка средств измерений

ВЧМ

шифр поверительного клейма

N п/п	Измерения, тип (группа) средств измерений	Метрологические требования		Примечание
		диапазон измерений	погрешность и (или) неопределенность (класс, разряд)	
Измерение электрических и магнитных величин				
1	Трансформаторы тока	первичный ток (1 - 32000) А вторичный ток 1 А и 5 А	КТ (0,2S-10P)	
2	Трансформаторы напряжения	первичное напряжение (3000-16000) В; (18000-35000) В вторичное напряжение 100 В;100/√3 В;100/3 В 110 В;110/√3 В;110/3 В	КТ (0,2-6P)	

Директор М.Ф.Маргарян

должность уполномоченного лица | подпись уполномоченного лица | инициалы, фамилия уполномоченного лица

М.П. (в случае, если имеется)